

Catalogue No.

20573-774

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

残留塩素計

774

シンプルパックで簡単に水質検査が可能



①簡易水質検査キット シンプルパック
遊離残留塩素

ページコード	商品コード	価格
080520-306	2-0774-0101	1058700 ¥4,300

外寸:83×38×H10

<用途>

簡易水道水、井戸水、ビルの貯水槽など、飲料水の管理やプール水の検査などに使用できます。水道法によると、「給水せんにあける水が遊離残留塩素0.1mg/ℓ以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/ℓ)を保持するよう塩素消毒をすること」。プール水は、厚生省通知により、衛生基準が示され、その中で「遊離残留塩素濃度は0.4mg/ℓ以上、1.0mg/ℓ未満であることが望ましい」とされています。



②簡易水質検査キット シンプルパック
残留塩素100

ページコード	商品コード	価格
080520-315	2-0774-0201	1058800 ¥4,300

外寸:83×38×H10

<用途>

残留塩素100は5~100mg/ℓと、やや高濃度の残留塩素が測定できます。pHは2~12と酸性からアルカリ性まで、広範囲の検水に使用できますので、強酸性電解水、弱酸性電解水、アルカリ還元水およびプールの腰洗い槽等の残留塩素が測定できます。また、野菜等の殺菌洗浄に用いられる次亜塩素酸ナトリウム溶液にも使用できます。

品目コード	測定項目	測定範囲	呈色	反応時間	入数	識別記号
080520-306	遊離残留塩素	0.1~5mg/ℓ 8段階	淡桃→濃桃	10秒	48	CLO
080520-315	残留塩素100	5~100mg/ℓ 6段階	淡黄→黄→黄土色			CLO100



セット内容

	S	SA	SW	SWA
A ケース×1	○	○	○	○
B 測定器本体×1	○	○	○	○
C 比色用セル×2	○	○	○	○
D 残留塩素濃度用比色回転板×1	○	○	○	○
E pH用比色回転板×1	○	○	○	○
F 塩素用DPD試薬S (50包装) ×2箱	○	○	○	○
G pH用BTB指示薬 (35mℓ) ×1	○	○	○	○

**カズサ DPD法残留塩素測定器
エンパスター**

1台で2項目の測定が可能! (S・SWのみ) ※SA・SWAはpH測定器なしです。
比色用セルに検水し、残留塩素の測定の場合はDPD試薬Sを、pH測定の場合はBTB指示薬を入れ、発色して色をそれぞれの比色回転板の色と対比して読みとる極めて正確な測定器です。
本体サイズ:98×50×H98 ケースサイズ:115×108×H115(取手含まず)



③エンパスター

ページコード	商品コード	価格
S(pH測定器付)	2-0774-0301	7672300 ¥18,000
SA(pH測定器なし)	2-0774-0302	7672400 ¥15,000

S(pH測定器付)

測定範囲:残留塩素(単位mg/ℓ)

0.1・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1.0・1.5・2.0

pH 6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6

SA(pH測定器なし)

測定範囲:残留塩素(単位mg/ℓ)

0.1・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1.0・1.5・2.0



④エンパスター

ページコード	商品コード	価格
SW(pH測定器付)	2-0774-0401	7672500 ¥16,000
SWA(pH測定器なし)	2-0774-0402	7672600 ¥15,000

SW(pH測定器付)

測定範囲:残留塩素(単位mg/ℓ)

0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1.0

pH 6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6

●残留塩素濃度測定の高濃度重視タイプ

SWA(pH測定器なし)

測定範囲:残留塩素(単位mg/ℓ)

0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1.0

●残留塩素濃度測定の高濃度重視タイプ

⑤DPD試薬S (50包装)
(遊離残留塩素濃度測定用)

ページコード	商品コード	価格
2-0774-0501	7672700	¥1,000

●50回テスト分(1テストで1包の試薬を使用します。)

●検出剤と発色剤の2袋タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末

試薬です。測定手順の簡素化と素早い反応を可能にしました。

●使用法:透明容器(比色用セル)に検水10mℓ(20mℓまで可)と、1包分の試薬を投入します。殺菌力の目安となる遊離残留塩素

があると直ちにピンク色に発色します。

※③~④の「エンパスター」を使用し比色板の色との対比による濃度

値の測定をおすすめいたします。



●このカタログに掲載されている価格は、2022年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

57 屋台・
イベント調理機器

50 濃度計他

51 スーフジャー
炊飯器・

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

54 オープン・
電子レンジ・

55 低温調理器・
フードウォーマー

56 お好み焼・たこ焼・
鉄板焼肉連